



## Deckenlifter

Hersteller V. Guldmann A/S  
 Graham Bells Vej 21-23A  
 DK-8200 Aarhus N  
 Telefon +45 8741 3151  
 SRN: DK-MF-000003602

Händler/  
 Tochtergesellschaft

Firma

Adresse

Land

Telefon

Hiermit wird erklärt, dass die in der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) festgelegten Anforderungen an Medizinprodukte in Bezug auf die unten aufgeführten Produktgruppen erfüllt sind. Die Geräte entsprechen zudem der EU-Richtlinie RoHS 2011/65 / EU und der EU-Chemikalienverordnung 1907/2006 / EG (REACH-Verordnung).

Die deklarierten Medizinprodukte entsprechen gegebenenfalls den folgenden europäischen Normen ISO 10535, IEC 60601-1, EN 62304.

Guldmann A / S ist gemäß den Normen ISO 9001 und ISO 14001 für Qualitätsmanagementsysteme zertifiziert. Gegebenenfalls erfüllen wir ISO 13485 Medizinprodukte: Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen für regulatorische Zwecke und FDA 21 CFR, Teil 820.

Gerätegruppe

**Deckenlifter**

GH3, GH3+, GH3 Twin, GH1, GH1 Q, GH1 F, GHZ  
 Klasse I, Regel 13 gemäß den Regelungen in Anhang VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR)

Basis-UDI-DI

15707287ceillinghoistX3

Verwendungszweck

Der Deckenlifter dient dem Heben und Transfereiner Person mit Behinderungen sowie für Gehübungen.

Konformität eines optionalen Moduls

Gemäß den Anforderungen der Richtlinie 2014/31/EU ist das Waagenmodul Guldmann NAWI der Genauigkeitsklasse III eine nichtautomatische Waage.

Die anerkannte Stelle, FORCE Certification, hat das Produkt mit Nr. 0200 so zertifiziert, wie beschrieben in der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit Nummer 0200-NAWI-03847, und ebenso das Qualitätsmanagementsystem gemäß NAWI-Modul D und den einschlägigen Standards, einschließlich DIN EN 45501:2015 Metrologische Aspekte der nichtselbsttätigen Waagen, ausgenommen die Anforderungen für Belastungen.

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

**Im Auftrag von V. Guldmann A/S**

Skejby, 30.06.2023

Ort und Datum der Ausstellung

Ulrik Møller, Technischer Manager